

Протокол № 1

заседания тендерной комиссии по закупу медицинской техники- Ультразвуковая медицинская диагностическая система

О внесении изменений в тендерную документацию

СКО, г.Сергеевка

22 апреля 2021 года

Тендерная комиссия в составе: Мустафина Айдаара Жантуреевича - председателя тендерной комиссии, главного врача Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница района Шал акына" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", Бекенова К.М - член тендерной комиссии, врач эксперт, Байбековой Г.Б. - члена тендерной комиссии, в соответствии с п.58 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее-Правила) и на основании письма КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО» исх.№19.3-4/1648 от 21/04/2021 г.

РЕШИЛА:

1.Внести изменения в тендерную документацию в техническую спецификацию Приложение2 к утвержденной Тендерной документации в соответствии с Правилами: т.к. заявленная ранее техническая спецификация не соответствует уровню аппаратов экспертного класса, в связи с улучшением технической спецификации до требований диагностического оборудования экспертного класса заменить указанную техническую спецификацию.

- нет трансректального датчика ,для диагностики заболеваний предстательной железы
- в аппарате отсутствует звуковой режим
- Максимальная частота кадров в секунду должна быть не менее 2904.
- В доплеровском режиме диапазон PRF , должен быть не менее 0,5- до 26,7 кГц
- Количество карт окрашивания не менее 14 .
- Частота кадров в секунду в режиме ЭД не менее 380
- Количество карт окрашивания не менее 15 .
- Количество приемо передающих цифровых каналов , не менее 3 86 469
- Максимальная частота кадров в секунду , не менее 2904 .
- Датчики трансэзофагеальные , интраоперационные (клюшкообразные) ,карандашные доплеровские датчики не нужны.

2. Перенести окончательный срок приема тендерных заявок до 18.00 местного времени 13 мая 2021 года. Дата вскрытия конвертов с тендерными 14 мая 2021 г в 11ч 00 мин.

3. Утвердить измененную тендерную документацию по закупу медицинской техники в соответствии с п.55 Правил.

Председатель комиссии:

Мустафин А.Ж.

Член комиссии:

Бекенов К.М.

Член комиссии:

Байкабекова Г.Б.

Секретарь комиссии:

Вологодская С.В.

