

И.О. Директора организации здравоохранения

Утверждаю

Есендилов М.Б.

«27» июля 2021 г.

Товар должен быть зарегистрирован в Республике Казахстан и готов к применению в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IV (далее – Кодекс) и порядком государственной регистрации, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения; Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка товара на склад Заказчика, обучение персонала по правильному использованию

№ лота	Критерии	Описание
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Центрифуга
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	Центрифуга
	Требования к комплектации	<p>Прибор применяется для разделения растворов на фракции.</p> <p>Микропроцессорная система управления обеспечивает плавность пуска ротора, задание и отображение на световых индикаторах скорости вращения ротора, а также возможность задания скорости в ОЦУ (оцу) или RPM (об/мин), блокировку крышки во время вращения ротора, звуковую сигнализацию останова ротора, автоматическую разблокировку крышки после останова ротора. Встроенные датчики дисбаланса и температуры защищают прибор от разрушительного дисбаланса и перегрева.</p> <p>Наличие датчика дисбаланса.</p> <p>Наличие датчика температуры.</p> <p>Наличие замка крышки.</p> <p>Наличие рычага аварийного открытия крышки.</p> <p>Наличие на передней стенке панели управления с индикаторами и кнопками, имеющими следующие функции:</p> <p>отображение оставшегося времени цикла центрифугирования в минутах;</p> <p>отображение скорости/силы вращения ротора;</p> <p>отображение работы прибора в единицах оцу и об/мин;</p> <p>кнопка уменьшения/увеличения параметра;</p> <p>кнопка разблокирования крышки центрифуги;</p>