

Сравнение Технических характеристик к объявлению №23 от 30.11.2023г.

№	Производитель, фирма	ТОО « AIMED-LINE »	ТОО «Gaide »	ТОО «LEGION-MED»
	Наименование (исходное)	Кресло гинекологическое КГ -6 пр-во Россия	Кресло гинекологическое Medifa 4000 модель 400520 пр-во Германия	Кресло гинекологическое КГ -6 пр-во Россия
1	Угол наклона сиденья от уровня горизонтали не менее 20 градусов	Не соответствует от 0* до +15*	соответствует	Не соответствует от 0* до +15*
2	Угол наклона спинки от уровня горизонтали не более 50 градусов	Не соответствует от -15* до +70*	соответствует	Не соответствует от -15* до +70*
3	Допустимая нагрузка на кресло не менее 200кг	Не соответствует Допустимая нагрузка 170 кг	соответствует	Не соответствует Допустимая нагрузка 170 кг
4	Высота сиденья над полом 550-900(350мм)	Не соответствует Высота 650-950(300мм)	соответствует	Не соответствует Высота 650-950(300мм)

Примечания: «соответствует, не соответствует»- согласно заявленным характеристикам

Заключение: Из проведенного анализа таблицы- соответствия, можно сделать вывод о полном соответствии заявленной ТС ТОО «Gaide ». И о не соответствии ТС ТОО « AIMED-LINE » и ТОО «LEGION-MED» , не соответствие заявленной технической спецификации, и работа на этом оборудовании, может нарушить работу гинеколога ,что в свою очередь повлияет на обеспечение качественной медицинской помощи.

Врач гинеколог КГП на ПХВ « МГБ СМП» :  Жаканов Н.Б.