

ПРОТОКОЛ №23  
К объявлению №23 от 30.11.2023 г.

ИТОГОВ ЗАКУПКИ СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Г. Сергеева 10.ч 30 мин 7 декабря 2023 года

1. Организатор государственных закупок КТП на ПХВ «Районная больница» района Шал акына» Коммунального Государственного Учреждения «Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области (151300, Северо-Казахстанская область, район Шал акына, г. Сергеевка, ул. Гончара 119.) провел следующий закуп:

№ п/п	Критерии	Описание			
	Наименование медицинской техники	Кресло гинекологическое			
1	(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны)				
2	Требования к комплектации	№	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике.	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		№/п			
		Основные комплектующие			
1	Основной блок (кресло), включая Кабель питания	Гинекологическое электромеханическими положениями. Кресло предназначено для проведения гинекологических осмотров и выполнения	кресло	с	1 комплек



			<p>различных гинекологических процедур.</p> <p>Толщина обивки, не менее: 50 мм. Обивка секций должна иметь эргономичную форму. Кресло должно иметь не менее трёх секций: головная, спинная, тазовая. Рамы сиденья и спинной секции кресла должны быть изготовлены из полированной нержавеющей стали. Основание кресла и корпус колонны должны быть изготовлены из литого алюминия с порошковым покрытием.</p> <p>Наличие специальных выравнивающих винтовых опор для установки кресла в безопасном, устойчивом положении.</p> <p>На обратной стороне спинной секции должен располагаться держатель для рулонов с бумагой, предназначенный для размещения рулонов бумаги, шириной до 500мм.</p> <p>Возможность разматывания бумаги для застигания спинной и тазовой, либо только тазовой секции.</p> <p>Возможность управления электромеханическими регулировками кресла посредством простой в управлении кабельной ножной педали.</p> <p>Требования к электромеханическим регулировкам:</p> <p>Электромеханическая регулировка высоты, не менее: от 550 – 900 мм.</p>	
--	--	--	---	--



			<p>Электромеханическая регулировка высоты за счет подъема тазовой секции, не менее: от 550 до 1130 мм.</p> <p>Электромеханическая регулировка тазовой секции, не менее: +20 градусов.</p> <p>Электромеханическая регулировка спинной секции, не более: +50 градусов.</p> <p>Требования к габаритным характеристикам:</p> <p>Ширина секций для размещения пациента: не менее 550 мм.</p> <p>Общая длина секций кресла в разложенном состоянии, не более: 1330 мм.</p> <p>Габариты головной секции, не менее: 330 x 550 мм.</p> <p>Габариты спинной секции, не менее: 580 x 550 мм.</p> <p>Габариты тазовой секции, не менее: 380 x 550 мм.</p> <p>Пространство, необходимое для установки кресла, не более: 860 x 550 мм.</p> <p>Вес кресла, не более: 110 кг.</p> <p>Безопасная рабочая нагрузка, не менее: 200 кг.</p> <p>Требования к электропитанию:</p> <p>Питание: 110/230В / 50–60 Гц.</p>	
--	--	--	--	--



фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 (далее Правила) в соответствии с потребностью Участывовали следующие потенциалные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциалного поставщика	БИН/ИНН	Адрес поставщика	Дата и время предоставления предложения
1	ТОО «Gaide»	170240011223	г.Актобе , ул. Г Жубановой д 146 корп 3 кв 35	05.12.2023 г. 16 ч 21 мин
2	ТОО «LEGION-MED»	220340019501	г Астана р-н Есиль ул. Керей зд 22	07.12.2023 г. 09 ч 05 мин
3	ТОО «AIMED-LINE»	040319650473	г.Астана , ул. Иппева д.1	07.12.2023 г. 09 ч 25 мин

Ценовые предложения на участие в закупе после истечения окончательного срока предоставления документов (после 10 ч. 00 мин. 07.12.2023 года) не поступали

Таблица ценовых предложений потенциалного поставщика ТОО «Gaide»

№п/п	Торговое наименование	Краткое описание	Ед. изм.	Кол-во	цена	сумма
1	Кресло гинекологическое Medifa 4000 моделей 400520 Производитель Medifa GmbH&Co.KG Германия	Гинекологическое кресло с электромеханическими настройками положения. Кресло предназначено для проведения гинекологических осмотров и выполнения различных гинекологических процедур. Толщина обивки 50 мм. Обивка секций имеет эргономичную форму. Кресло имеет три секции: головная, спинная, тазовая. Рамы сиденья и спинной секции кресла изготовлены из полированной нержавеющей стали. Основание кресла и корпус колонны изготовлены из литого алюминия с порошковым покрытием. Наличие специальных выравнивающих винтовых опор для установки	шт	1	6122400,00	6122400,00



	<p>кресла в безопасном, устойчивом положении.</p> <p>На обратной стороне спинной секции располагается держатель для рулонов с бумагой, предназначенный для размещения рулонов бумаги шириной до 500мм. Возможность разматывания бумаги для застилиания спинной и тазовой, либо только тазовой секции.</p> <p>Возможность управления электромеханическими регулировками кресла посредством простой в управлении кабельной ножной педали.</p> <p>Электромеханическая регулировка высоты от 550 – 900 мм.</p> <p>Электромеханическая регулировка высоты за счет подъема тазовой секции: от 550 до 1130 мм.</p> <p>Электромеханическая регулировка тазовой секции: +20 градусов.</p> <p>Электромеханическая регулировка спинной секции: +50 градусов.</p> <p>Габаритные характеристики:</p> <p>Ширина секций для размещения пациента: 550 мм.</p> <p>Общая длина секций кресла в разложенном состоянии: 1330 мм.</p> <p>Габариты головной секции: 330 x 550 мм.</p> <p>Габариты спинной секции: 580 x 550 мм.</p> <p>Габариты тазовой секции: 380 x 550 мм.</p> <p>Пространство, необходимое для установки кресла: 860 x 550 мм.</p> <p>Вес кресла: 110 кг.</p> <p>Безопасная рабочая нагрузка: 200 кг.</p> <p>Питание: 110/230В / 50–60 Гц. Ножные опоры по Гепелю со встроенными ручными подпорками должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Наличие чехлов из искусственной кожи для ручных подпорок. Опоры для ног регулируются по высоте и вращаются. Материал подколеников: вспененный полиуретан. Бесступенчатая регулировка наколенников с помощью шарового шарнира. Поддон с держателем: Лоток из нержавеющей стали, размещаемый под сиденьем выдвижной и имеет возможность наклона. Размеры лотка : 325 x 265 x 65 мм- 1 шт. Условия эксплуатации Площадь помещения: 8 кв.м Окружающая температура: 20~30°С Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электрооборудование 200-240В Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- замену отработавших ресурс составных частей;</li> <li>- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;</li> <li>- настройку и регулировку медицинской техники;</li> </ul> <p>специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;</li> <li>- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой</li> <li>- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.</li> </ul>					
--	---	--	--	--	--	--

Таблица ценовых предложений потенциального поставщика ТОО «LEGION-MED»

№п/п	Торговое наименование	Краткое описание	Ед. изм.	Кол-во	цена	сумма
1	Кресло гинекологическое КГ-6 Производитель АО «Досчатинский завод медицинского оборудования» Россия	Кресло предназначено для размещения женщин при гинекологических обследованиях, проведения различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах. Конструкция кресла неразборная. Электроприводы и блок питания защищены от грязи и повреждений кожухом из ABS пластика Высота сиденья регулируется электроприводом. Изменение углов наклона спинки и сиденья осуществляется с помощью электроприводов. Наличие положения «Тренделенбург». Мягкие части толщиной 60 мм обтянуты винилискожей по бесшовной технологии. Подушка подголовника и сиденья – быстросъемные	шт	1	3884565,00	3884565,00



	для легкости проведения санитарной обработки . Подушка спинки –откидная для удобства замены рулона одноразовых пеленок . Подколенники оснащены функцией синхронного раздвижения ( при регулировке угла раздвижения одного подколенника автоматически меняется угол раздвижения другого ) Кресло установлено на 2 колесных опорах и 4-х опорах ( 2 регулируемые)			
--	---	--	--	--

Таблица ценовых предложений потенциального поставщика ТОО «AIMED-LINE»

№п /п	Торговое наименование	Краткое описание	Ед. изм.	Кол-во	цена	сумма
1	Кресло гинекологическое КГ-6 Производитель АО «Досчатинский завод медицинского оборудования» Россия	Кресло предназначено для размещения женщин при гинекологических обследованиях, проведения различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах . Конструкция кресла неразборная. Электроприводы и блок питания защищены от грязи и повреждений кожухом из ABS пластика Высота сиденья регулируется электроприводом. Изменение углов наклона спинки и сиденья осуществляется с помощью электроприводов. Наличие положения «Тренделенбург». Мягкие части толщиной 60 мм обтянуты винилскожей по бесшовной технологии . Подушка подголовника и сиденья – быстросъемные для легкости проведения санитарной обработки . Подушка спинки –откидная для удобства замены рулона одноразовых пеленок .	шт	1	4555555,00	4555555,00



В данном закупе способом запроса ценовых предложений согласно **Приложению 1** приняли участие 3 (три) потенциальных поставщика, ТОО «Gaide» г.Актобе, ул. Г Жубановой д 146 корп 3 кв 35, ТОО «LEGION-MED» г Астана р-н Есиль ул. Керей зд 22, ТОО «AIMED-LINE» г.Астана, ул. Игниева д.1

- ценовые предложения и документы представлены в соответствии с п.9 Правил

**Организатор государственных закупок РЕШИЛ:** - по лоту №1 Согласно экспертного заключения от 07.12.2023 г отклонить потенциальных поставщиков ТОО «LEGION-MED» г Астана р-н Есиль ул. Керей зд 22, и ТОО «AIMED-LINE» г.Астана, ул. Игниева д.1 от участия в закупке запросом ценовых предложений согласно п. 76 Главы 3 Правил по причине несоответствия краткой характеристики закупаемого медицинского изделия признать закупку состоявшейся и заключить договор на общую сумму – 6122400,00 тенге ( Шесть миллионов сто двадцать две тысячи четыреста ) 00 тьын с ТОО «Gaide» г.Актобе, ул. Г Жубановой д 146 корп 3 кв 35. Сравнение характеристик прилагается

- Победитель представляет заказчику, в течение десяти календарных дней со дня признания его победителем документы, подтверждающие соответствие условиям, согласно п.80 Правил для заключения договора закуп

- Разместить протокол об итогах закупки способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе Заказчика в сроки, установленные Правилами.

И.о Директора



Абұров Н.Е.